

## Техническая спецификация закупаемых товаров

**Наименование закупки:** Датчики для ИВЛ

№	Наименование/Номенклатурный номер**	Кол-во	Единица измерения	Сроки поставки	Место поставки товаров
1	Датчик кислорода	1	штук	15 календарных дней с даты вступления Договора в силу	г. Астана, район Есиль, Туран, 32
2	Датчик потока многоразовый	1	штук	15 календарных дней с даты вступления Договора в силу	г. Астана, район Есиль, Туран, 32

### Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

1.1. Копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик в составе ценового предложения представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О разрешениях и уведомлениях";

1.2 Наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

В случае истечения срока регистрационного удостоверения, потенциальный поставщик в составе ценового предложения предоставляет письмо, подтверждающее ввоз/производство лекарственных средств, медицинских изделий до истечения срока регистрационного удостоверения на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом.

### Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Область применения товаров: вентиляция легких пациентов

2.2. Основные характеристики

№	Наименование товара	Технические и качественные характеристики (описание) товаров
1	Датчик кислорода	Кислородный двухкатодный датчик кислорода для аппаратов ИВЛ совместимый серии Fabian. Универсальный датчик для всех аппаратов совместимые с серией. Разработан и изготовлен в соответствии не ниже с EN ISO 13485. Должен соответствовать следующим требованиям: точное, надежное и быстрое реагирование, устойчивость к N <sub>2</sub> O, стабильный сигнал.

2	Датчик потока многоразовый	Датчик потока многоразовый для аппаратов ИВЛ совместимый с серией Fabian для использования у новорожденных и недоношенных пациентов. Многократного применения. Датчик должен оказывать низкое сопротивление потоку. Автоклавируемый при 134°C. Поток 0-32 л/мин.
---	----------------------------	--

2.3. Поставщик обязан соблюдать требования к безопасности:

2.3.1. Медицинские изделия должны храниться и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом;

2.3.2. Маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов, медицинских изделий должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения.

2.4. Срок и/или объем предоставления гарантий качества:

- срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику должен составлять:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

- Гарантийный срок не менее 6 (шести) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи.

### Раздел 3. Прочие характеристики:

3.1. Требование о предоставлении документации, передаваемой вместе с товаром: руководство по эксплуатации на русском языке, технические описания;

3.2. Поставка товара Поставщиком осуществляется по условиям DDP ИНКОТЕРМС 2020;

3.3. Индикаторы качества оказываемых услуг Исполнителем

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Пороговое значение
1	Нарушение сроков поставки товара /или сроков реагирования на заявку*	день	0

\* Исчисление суммы неустойки производится за каждый день нарушения согласно пороговому значению

Согласовано:

Директор КАД анестезиологии  
и интенсивной терапии КФ «УМС»

\_\_\_\_\_ Т. Ибраев

Главный менеджер Департамента эксплуатации медицинских изделий и газов КФ «УМС»

\_\_\_\_\_ Ж. Нургалиев