

## Техническая спецификация закупаемых товаров

**Наименование закупки:** Клинки для ларингоскопа

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Сроки поставки	Место поставки товаров
1	Клинок для ларингоскопа Miller, №0	шт.	10	С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней.	г. Астана, район Есиль, ул. Туран, 32
2	Клинок для ларингоскопа Miller, №1	шт.	10		
3	Клинок для ларингоскопа Miller, №2	шт.	3		
4	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2	шт.	3		
5	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №3	шт.	13		

### Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

1.1. Копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик в составе ценового предложения представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О разрешениях и уведомлениях";

1.2 Наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

В случае истечения срока регистрационного удостоверения, потенциальный поставщик в составе ценового предложения предоставляет письмо, подтверждающее ввоз/производство лекарственных средств, медицинских изделий до истечения срока регистрационного удостоверения на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом.

### Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Область применения товаров: для оральной интубации трахеи, реанимационных мероприятий, ИВЛ

2.2. Основные характеристики

№	Наименование товара	Технические и качественные характеристики (описание) товаров
1	Клинок для ларингоскопа Miller, №0	Клинок для ларингоскопа Megalight Miller, с интегрированным фиброоптическим световодом № 0. Совместимые с рукояткой ларингоскопа KaWe не менее 2.5В

2	Клинок для ларингоскопа Miller, №1	Клинок для ларингоскопа Megalight Miller, с интегрированным фиброоптическим световодом № 1. Совместимые с рукояткой ларингоскопа KaWe не менее 2.5B
3	Клинок для ларингоскопа Miller, №2	Клинок для ларингоскопа Megalight Miller, с интегрированным фиброоптическим световодом № 2. Совместимые с рукояткой ларингоскопа KaWe не менее 2.5B
4	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2	Клинок для ларингоскопа Megalight Macintosh, с интегрированным фиброоптическим световодом № 2. Совместимые с рукояткой ларингоскопа KaWe не менее 2.5B
5	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №3	Клинок для ларингоскопа Megalight Macintosh, с интегрированным фиброоптическим световодом № 3. Совместимые с рукояткой ларингоскопа KaWe не менее 2.5B

2.3. Поставщик обязан соблюдать требования к безопасности:

2.3.1. Медицинские изделия должны храниться и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом;

2.3.2. Маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов, медицинских изделий должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения.

2.4. Срок и/или объем предоставления гарантий качества:

- срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику должен составлять:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

- гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 6 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки – передачи товара.

### **Раздел 3. Прочие характеристики:**

3.1. Требование о предоставлении документации, передаваемой вместе с товаром: руководство по эксплуатации на русском языке, технические описания;

3.2. Поставка товара Поставщиком осуществляется по условиям DDP ИНКОТЕРМС 2020;

3.3. Индикаторы качества оказываемых услуг Исполнителем

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Пороговое значение
1	Нарушение сроков выполнения поставки*	день	0

\* Исчисление суммы неустойки производится за каждый день нарушения согласно пороговому значению

**Директор КАД анестезиологии и интенсивной терапии**

\_\_\_\_\_ **Т. Ибраев**

**Главный менеджер Департамента эксплуатации медицинских изделий и газов**

\_\_\_\_\_ **Ж. Нургалиев**