

Протокол № 10
об итогах тендера по закупкам изделий медицинского назначения

г. Нур-Султан, Керей, Жәнібек хандар, 5/1,
конференц-зал, 801

«13» октября 2022 года
12 часов 00 минут

СОСТАВ КОМИССИИ

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом Исполнительного директора Корпоративный фонд «University Medical Center» (далее-Фонд) от «14» сентября 2022 года № 57-н/к в составе:

Аширов Каныбек Зайдинович	Исполнительный директор, председатель тендерной комиссии;
Хайрулин Бекбай Еслямович	Медицинский директор, заместитель председателя тендерной комиссии;
Капасова Зару Шахметовна	Руководитель Службы лекарственного обеспечения, член тендерной комиссии;
Шакерова Мадина Бахытжановна	Заведующая аптекой стационара
Молдагаипова Мара Магазовна	Директор Департамента организации закупок, член тендерной комиссии,

В соответствии с главой 9-1 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), при наличии кворума, рассмотрела представленные заявки и подвела итоги тендера по закупу изделий медицинского назначения.

Секретарем комиссии назначена Мухаметжанова Сара Султановна – генеральный менеджер Департамента организации закупок КФ «УМС».

1. Информация об отсутствии членов комиссии с указанием причины такого отсутствия: Молдагаипова Мара Магазовна – директор Департамента организации закупок – уволена по собственному желанию. Шакерова Мадина Бахытжановна в отпуске с 10/10-24/10/2022 года.

2. Информация о привлеченном эксперте: главный менеджер Службы лекарственного обеспечения Демеева Лаззат Жумабековна.

Хайрулин Б.Е.

Шакерова М.Б.

Капасова З.И.

Мухаметжанова С.С.

3. Сумма, выделенная для закупки: **33 466 000,00** (тридцать три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) тенге без учета НДС.

№ лота	Наименование лота	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	Маска медицинская	Штука	170 000	10	1 700 000
2	Датчик к аппарату Масимо SET SpO2 adhesive sensor	Штука	56 900	200	11 380 000
3	Датчик потоковый	Комплект	217 000	50	10 850 000
4	Универсальная система для ППП I.	Штука	9 536	1000	9 536 000

4. Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

5. До истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации **10 часов 00 минут 5 октября 2022 года**, заявки на участие в тендере предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Адрес местонахождения потенциального поставщика	Сумма лота, тенге	Дата и время предоставления заявок на участие в тендере
1	Маска медицинская	ТОО «Vita Pharma»	г.Астана, ул.Ташенова, 4 оф.36	1 700 000	22.09.2022 года, 14 ч. 30 мин.
		ТОО «Мерусар и К»	г.Павлодар, ул.Чайковского, 5		28.09.2022 года, 16ч. 06 мин.
		ТОО «Медикс Фарм»	г. Алматы, ул.Тимирязева, 113 кв.1		03.10.2022 года, 9 ч. 00 мин.

		ТОО «Dolce»	Алматинская область, Илийский район, с. Ынтымак, Аль-Фараби, 1		03.10.2022 года, 15 ч. 30 мин.
		ТОО «Көмек Астана»	г. Астана, пр. Республики, 40,10		04.10.2022 года, 12 часов 00 мин
2	Датчик к аппарату Масимо SET SpO2 adhesive sensor	ТОО «ALM Group Co»	г. Алматы, ул. Шолохова, 20/7 оф.55	11 380 000	30.09.2022 года, 14ч. 00 мин.

После истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации (после 10 часов 00 минут 5 октября 2022 года) потенциальными поставщиками конверты с заявками на участие в настоящем тендере не предоставлялись.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в тендере присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

- 1) ТОО «Көмек Астана» Кравчук С.В., Муканов А.Н.
- 2) ТОО «Vita Pharma» Совет Айжан.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в тендере признан несоответствующим квалификационным требованиям следующие потенциальные поставщики:

ТОО «Мерусар и К»

В соответствии с пп.16) п.130-39 (непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения) представлено ценовое предложение по лоту №1 не по утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения форме.

ТОО «Медикс»

В соответствии с пп.7) п. 130-39 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, несоответствующей требованиям тендерной документации и Правил). В представленной технической

Хайруллин Б.Е.

Шакерова М.Б.

Капасова З.Ш.

Мухаметжанова С.С.

спецификации в разделе «Наименование медицинского изделия» указана «Марля медицинская» по лоту №1 «Маска медицинская». Экспертное заключение от 11 октября 2022 года прилагается.

ТОО «ALM Group Co»

В соответствии с пп.17) п. 130-39 (представление потенциальным поставщиком цены на медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту).

ЗАЯВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям тендерной документации:

- 1) ТОО «Көмек -Астана» по лоту №1
- 2) ТОО «Dolce» по лоту №1
- 3) ТОО «Vita Pharma» по лоту №1

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

8. Запросы потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, юридическим и/или физическим лицам комиссией не направлялись.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9. Экспертное заключение от 11.10.2022 года приложено к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

10. Тендерная комиссия путем голосования, при наличии кворума. **РЕШИЛА:**

1) на основании подпункта 1) пункта 130-42 Правил (отсутствие тендерных заявок) признать тендер несостоявшимся по лотам №3,4.

2) на основании подпункта 2) пункта 130-42 Правил (отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков) признать тендер несостоявшимся по лоту №2.

3) на основании п.130-43 Правил (Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям Правил, на основе наименьшего ценового предложения) признать победителем по лоту №1 потенциального поставщика **ТОО «Dolce», БИН 980340001516 на сумму 1 513 000 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч) тенге без учета НДС.**

Хайруллин Б.Е.

Шакерова М.Б.

Капасова З.Ш.

Мухаметжанова С.С.


11. Организатору тендера не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет - ресурсе Заказчика.

«За» - 3 (четыре) голоса (Аширов К.З., Хайрулин Б.Е., Капасова З.Ш.).

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.


Председатель комиссии



К. Аширов


Заместитель

Председателя комиссии




Б. Хайрулин

Члены комиссии:



З. Капасова

Секретарь комиссии



С. Мухаметжанова

№ доп а	Наименование с потенциально го поставщика	Требования по технической спецификации Заказчика		Техническая характеристика	Наименование	Техническая характеристика	Соответствие/несоответствие с технической спецификации	Номер и дата документа, подтверждающего регистрацию (при наличии)
		Наименование	Техническая характеристика					
1	ООО "VITA PHARMA"	Маска медицинская	Маска трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маска медицинская	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Соответствует	№ РК-ИМН-5№021774 Дата регистрации 11.01.2021 Дата истечения 11.01.2026
	ООО "Dolce"	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маски медицинские Dolce-Ріакт трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100	Маски медицинские "Dolce-Ріакт" трехслойные на завязках, на резинках (взрослые- размеры 18см*10см;22см, детские размеры 14,5см*9,5и10) одноразового применения прямоугольной формы посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части взрослой маски на расстоянии 5 мм вставлена в материал проволока длиной 11 см;22см. В верхней части детской маски на расстоянии 5 мм вставлена в материал проволока длиной 9см;22см. По бокам масок пропаяны завязки шириной 1см и длиной 40см;25см и резинки длиной 16см;25см (для взрослых масок), резинки длиной 14см;25см (для детских масок). Маска состоит из трех слоев: верхний и нижний слой из нетканого материала плотностью и 20г/см2, фильтр по середине	Соответствует	№ РК-ИМН-5№010008 Дата регистрации 21.06.2017 Дата истечения Бессрочный	
1		Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5см штрна 9,5 см	Не соответствует, в части наименования МИ. Примечание: Заказчику необходима "Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см"	Соответствует	№ РК-ИМН-5№017383 Дата регистрации 06.10.2022 Дата истечения Бессрочный
1	ООО "Медис Фарм"	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маска медицинская	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Соответствует	№ РК-ИМН-0№023631 Дата регистрации 21.02.2022 Дата истечения Бессрочный
1	ООО "Комекс"	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маска медицинская	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Соответствует	№ РК-ИМН-5№020440 Дата регистрации 17.01.2022 Дата истечения Бессрочный
1	ООО "Меркус"	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Маска медицинская	Маска медицинская	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, гипоаллергенная, длина 17,5 см, ширина 9,5 см	Соответствует	№ РК-ИМН-5№020440 Дата регистрации 17.01.2022 Дата истечения Бессрочный

ООО "АЛМ GROUP Co"	Датчик к аппарату Масимо SET SpO2 adhesive sensor	Датчик к аппарату Масимо SET SpO2 adhesive sensor, размер 2,5 30 kg 10 M- LNCS Blue	Датчик к аппарату Масимо SET SpO2 adhesive sensor	Датчик к аппарату Масимо SET SpO2 adhesive sensor, размер 2,5 30 kg 10 M-LNCS Blue. Предназначен для использования с пульсоксиметри Masimo или прикроватными мониторами, оборудованными технологией Masimo SET M-LNCS Blue. Общие требования: Наличие возможности как критического, так и продолжительного (по усмотрению врача) пребывания за изменением у пациентов показателя сатурации кислорода, частота пульса, сигнала качества идентификации пульса, сигнала качества перфузии. Характеристики: - Смонтированный датчик для непрерывного неинвазивного мониторинга у одного пациента показателя сатурации кислорода, частота пульса и перфузионного индекса - применяется у пациентов с весом от 2,5 кг до 30 кг - Фиксация стопа новорожденных. - Разъем для соединения с кабелем пациента или переносимым типом M-LNCS Blue. Наличие - Матрица датчика не содержит латекс. Наличие - Содержит два световодных диода: мощность излучения красного света от 1 до 3 мВ, инфракрасного света от 0,7 до 3 мВ. - При использовании с дисциplinированными моделями пульсоксиметрии или кабелем для подключения к пациенту, при отсутствии движения точность измерения насыщения датчика в диапазоне от 70 до 100% SpO2 составляет $\pm 1,5\%$ (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/каждого и $\pm 1,5$ (1 стандартное отклонение) для новорожденных. Точность измерения частота пульса в диапазоне 25-300 уд./мин составляет ± 3 уд./мин. (1 стандартное отклонение) для новорожденных. При движении точность измерения насыщения датчика в диапазоне от 70 до 100% SpO2 составляет $\pm 1,5\%$ (1 стандартное отклонение) для новорожденных. Точность измерения частота пульса в диапазоне 25-300 уд./мин составляет ± 5 уд./мин. (1 стандартное отклонение). Точность показаний при низкой перфузии в диапазоне от 70 до 100% SpO2 составляет $\pm 1,5\%$ знака (1 стандартное отклонение) для взрослых пациентов/детей/каждого и ± 3 знака (1 стандартное отклонение) для новорожденных, а точность частота пульса в диапазоне 25-300 уд./мин составляет ± 3 знака (1 стандартное отклонение). - Технология для минимизации риска неточных показаний и перекрестного прерывания мониторинга пациента. Наличие - Врези мониторинга пациента на датчике: до 168 часов. - Возможность работы при условии низкой перфузии и при движении пациента. - Длина кабеля: 91,00 см. Индивидуально упакованные датчики. Инструкция пользователя - Дата изготовления - не ранее 2022 г.	Соответствует	№ РК-МТ-5N6018254 Дата регистрации 17.09.2018 Дата истечения 17.09.2023
-----------------------	---	---	---	---	---------------	---

Главный менеджер СПО

Лесова Л. Ж.