

Протокол № 15
об итогах тендера по закупу медицинских изделий

г. Астана, Керей, Жәнібек хандар, 5/1,
конференц-зал, 801

«19» декабря 2022 года
12 часов 00 минут

СОСТАВ КОМИССИИ

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом Исполнительного директора Корпоративный фонд «University Medical Center» (далее-Фонд) от «23» ноября 2022 года № 79-н/к в составе:

Аширов Каныбек
Зайдинович

Исполнительный директор, председатель
тендерной комиссии;

Хайрулин Бекбай
Еслямович

Медицинский директор, заместитель
председателя тендерной комиссии;

Капасова Зару
Шахметовна

Руководитель Службы лекарственного
обеспечения, член тендерной комиссии;

Макенова Айжан
Асылбековна

Заведующая аптекой амбулатории;

Шингожинова Гульмира
Берденовна

Директор Департамента организации
закупок, член тендерной комиссии.

В соответствии с главой 9-1 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), при наличии кворума, рассмотрела представленные заявки и подвела итоги тендера по закупу медицинских изделий.

Секретарем комиссии назначена Мухаметжанова Сара Султановна – генеральный менеджер Департамента организации закупок КФ «УМС».

1. Информация об отсутствии членов комиссии с указанием причины такого отсутствия: нет.

Аширов К.З.

Хайрулин Б.Е.

Макенова А.А.

Капасова З.Ш.

Шингожинова Г.Б.

Мухаметжанова С.С.

2. Информация о привлеченных экспертах: Испергенов Куаныш Женисович -врач аритмолог, Демеева Ляззат Жумабековна -главный менеджер службы лекарственного обеспечения, Шакерова Мадина Бахытжановна - заведующая аптекой стационара.

3. Сумма, выделенная для закупки: **9 622 800,00 (Девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьсот) тенге без учета НДС.**

№ лота	Наименование лота	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор	комплект	18	534 600	9 622 800,00

4. Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

5. До истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации **10 часов 00 минут 14 декабря 2022 года**, заявки на участие в тендере предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование лота	Наименование потенциального поставщика	Адрес местонахождения потенциального поставщика	Сумма лота, тенге	Дата и время предоставления заявок на участие в тендере
1	Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор	ТОО «Медтроник Казахстан»	г. Алматы, пр-т Абылай хана 53, офис 5/07	8 280 000,00	14.12.2022, 8ч.45 мин

После истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации (после 10 часов 00 минут 14 декабря 2022 года) потенциальными поставщиками конверты с заявками на участие в настоящем тендере не предоставлялись.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в тендере представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

Алимов Т.А.
Мухамбетов С.С.

Макеева А.А.

Калиева З.И.

Г. Широканова

С.С.

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в тендере признан соответствующим квалификационным требованиям потенциальный поставщик:

ТОО «Медтроник Казахстан» по лоту №1 «Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор». Экспертное заключение от 15.12.2022 года прилагается.

ЗАЯВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7. Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям тендерной документации: ТОО «Медтроник Казахстан» по лоту №1 «Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор».

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ


8. Запросы потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, юридическим и/или физическим лицам комиссией не направлялись.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9. Экспертное заключение экспертов Испергенова Куаныша Женисовича -врача аритмолога, Демеевой Ляззат Жумабековны -главного менеджера службы лекарственного обеспечения, Шакеровой Мадины Бахытжановны -заведующей аптеки стационара от 15.12.2022 года приложено к настоящему протоколу. По результатам заседания экспертной комиссии определено соответствие технической спецификации и регистрационного удостоверения медицинского изделия, представленных ТОО «Медтроник Казахстан» по лоту №1 «Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор», требованиями положений Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Заявка ТОО «Медтроник Казахстан» содержит более лучшие технические и качественные характеристики, а именно особенность заявленного Vitatron в том, что этот кардиостимулятор совместим с МРТ, таким образом, техническая спецификация потенциального поставщика, соответствует и превосходит требования тендерной документации.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

 Арипов А.А. Муштакетов С.	 Хаймов Х.Х.	 Маканова А.А.	 Кутасова К.С.	 Тимгалшова Т.Т.
---	--	--	---	--

10. Тендерная комиссия путем голосования, при наличии кворума, **РЕШИЛА:**

11. на основании пункта 130-43 Правил (в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил) признать победителем ТОО «Медтроник Казахстан» по лоту №1 «Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор».

12. Организатору тендера не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет - ресурсе Заказчика.


13. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

«За» - 5 (пять) голосов (Аширов К.З., Хайрулин Б.Е., Капасова З.Ш., Макенова А.А., Шингожинова Г.Б.).

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель комиссии



К. Аширов

Заместитель председателя комиссии



Б. Хайрулин

Члены комиссии:



З. Капасова



А. Макенова



Г. Шингожинова

Секретарь комиссии

С. Мухаметжанова



Аширов К.З.

Хайрулин Б.Е.

Макенова А.А.

Капасова З.Ш.

Г. Шингожинова

Мухаметжанова С.




Сравнительная таблица по представленным заявкам потенциальных поставщиков

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Единица измерения	Цена без учёта НДС, тенге	Общее Кол-во	Сумма без учёта НДС, тенге	ТОО "Медтроник Казахстан"		Соответствие	Наименование победителя закупок
							Заявленная цена за единицу, без учета НДС, тенге	Сумма, без учета НДС, тенге		
1	Имплантируемый двухкамерный электрокардиости- мулятор	Электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями. режим MVP (Управляемая стимуляция желудочков). Поддерживает собственное проведение путём уменьшения необязательной стимуляции правого желудочка до значения менее чем 1%†1. Обеспечивает функциональную AAI(R)-стимуляцию с мониторингом желудочков плюс безопасность дублирующей DDD(R)-стимуляции при необходимости. Полностью автоматический – безопасность для пациентов, простота наблюдения для врачей. Проводит автоматический мониторинг завершения процедуры имплантации и постоянно адаптирует ключевые параметры устройства оптимизируя проводимую кардиостимуляцию. Обеспечивает постоянное автоматическое управление порогами стимуляции, используя функции ACM и VCM. Адаптирует запрограммированные параметры для достижения максимального срока службы и одновременно гарантирует безопасность пациента. • Проводит измерения во время каждого сердечного сокращения. Автоматически адаптирует порог чувствительности для сохранения чувствительности к аритмиям. • Постоянно измеряет импеданс. Проводит мониторинг целостности электродов и автоматически изменяет полярность при наличии проблем в биполярном режиме работы. Отчет Cardiac Compass графически отображает статус предсердных аритмий за 6 месяцев, помогая врачам более эффективно управлять устройством и подбирать соответствующую медикаментозную терапию, наблюдая за течением заболевания. Данные Cardiac Compass Краткая информация для: • Идентификации предсердных аритмий. • Принятия ключевых решений относительно терапии (например, дозировка лекарств). • Мониторинга результатов при изменении терапии Технические характеристики Adapta: Модель ADDR01 Размер(ВхШхД) 44 7 x 47.9 x 7.5 мм Масса 27.1 гр Объем 2.1 см2 коннектор IS-1 Bi или UNI ID рентген-контрастности PWL Батарея Литий-Иод Напряжение 2.8 В Средняя Емкость 1.3 А/ч Срок службы 8.9 лет. DDDR или DDD, 60 уд/мин, 100% стимуляция желудочка 2,0 В†, предсердия 1,5В†, 0,4 мс ширина импульса. • ВКЛ Режим MVP – 50% предсердной стимуляции и 5% желудочковой стимуляции • Минимальные адаптированные значения ACM и VCM при настройках "вне упаковки". 1. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Bi, стандартная длина 58 см. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Bi, стандартная длина 52 см.	комплект	534 600	18	9 622 800	460 000	8 280 000	соответствует	ТОО "Медтроник Казахстан"

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

К. Аширов

Б. Хайрулин

З.Капасова

А.Макенова

Г. Шингожинова

С.Мухаметжанова

Экспертное заключение по закупке медицинских изделий от 15.12.2022

№ п/п	Наименование потенциально возможного поставщика	Требования по технической спецификации Заказчика		Требования по технической спецификации потенциального поставщика		Соответствие/несоответствие технической спецификации	Имя и дата документа, подтверждающего регистрацию (при наличии)
		Наименование	Технические характеристики	Наименование	Технические характеристики		
1	ООО «МедТроник Калужский» Импортирует А двухканальный электрокардиомонитор	Техническая характеристика	Наименование	Техническая характеристика	По п. 2.1.1. данное различие содержит более лучшие технические и качественные характеристики, а именно по техническим характеристикам электрокардиомонитора никаких различий нет между кардиомониторами Адапс и Viatrop. Особенность Viatrop в том, что этот кардиомонитор совместим с МРТ совместим, таким образом, техническая спецификация потенциального поставщика, соответствует требованиям Заказчика Обществом.	№ РК-ИМБ-1-2022-488 Дата регистрации 25.06.2021 Действительно до 25.06.2026	
2	ООО «МедТроник Калужский» Импортирует А двухканальный электрокардиомонитор	Техническая характеристика	Наименование	Техническая характеристика	По п. 2.1.1. данное различие содержит более лучшие технические и качественные характеристики, а именно по техническим характеристикам электрокардиомонитора никаких различий нет между кардиомониторами Адапс и Viatrop. Особенность Viatrop в том, что этот кардиомонитор совместим с МРТ совместим, таким образом, техническая спецификация потенциального поставщика, соответствует требованиям Заказчика Обществом.	№ РК-ИМБ-1-2022-488 Дата регистрации 25.06.2021 Действительно до 25.06.2026	

Главный менеджер СЛО *[подпись]* Л.Ж. Демесла

Зав. аптекой стационара Шаварона М.Б.

Врач аритмолог _____ Нестеренко К.В.