

Техническая спецификации закупаемых товаров

Наименование закупки: Изделия медицинского назначения

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки | Место поставки товаров |
|-------|---|----------|--------|---|---|
| 1 | Датчик SpO2 BlurPO универсальный многоцветный | шт | 3 | По заявке заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация) |
| 2 | Датчик SpO2 BlurPO Y-образный многофункциональный, многоцветный | шт | 2 | | |
| 3 | Датчик SpO2 BlurPO пальцевой многоцветный | шт | 2 | | |

Раздел 1. Специальные квалификационные требования:

1.1. Копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик в составе ценового предложения представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V "О разрешениях и уведомлениях";

1.2. Наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

В случае истечения срока регистрационного удостоверения, потенциальный поставщик в составе ценового предложения представляет письмо, подтверждающее ввоз/производство лекарственных средств, медицинских изделий до истечения срока регистрационного удостоверения на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом.

Раздел 2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Область применения товаров: терапия пациентов

2.2. Технические и качественные характеристики Товаров должны соответствовать (быть не ниже) характеристикам:

| № | Наименование товара | Технические и качественные характеристики (описание) товаров |
|---|---------------------|--|
|---|---------------------|--|




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Датчик SpO2 BluPRO универсальный многоцветный | Для оснащения имеющегося медицинского оборудования мониторинга пациента производства Nihon Kohden (Япония) приобретается P311C - Пульсоксиметрический датчик SpO2 BluPRO для взрослых и детей более 20 кг, длина кабеля 1,6 м. Многоцветный. Крепление на кончик пальца |
| 2 | Датчик SpO2 BluPRO Y-образный многофункциональный, многоцветный | Для оснащения имеющегося медицинского оборудования мониторинга пациента производства Nihon Kohden (Япония) приобретается P225G - универсальный датчик SpO2 BluPRO, для взрослых и детей (в том числе новорожденных) весом от 1,5 кг, на палец или стопу, длина кабеля 1,6 м, многоцветный. В комплекте с P263A лента фиксирующая для датчиков SpO2, кол-во в упаковке: 90 шт. |
| 3 | Датчик SpO2 BluPRO пальцевой многоцветный | Для оснащения имеющегося медицинского оборудования мониторинга пациента производства Nihon Kohden (Япония) приобретается P225F - Пальцевой датчик с пружинным креплением, для взрослых и детей весом от 20 кг, длина кабеля 1,6 м. Многоцветный. Крепление на палец. |

2.3. Поставщик обязан соблюдать требования к безопасности:

2.3.1. Медицинские изделия должны храниться и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом;

2.3.2. Маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов, медицинских изделий должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения.

2.4. Срок и/или объем предоставления гарантий качества:

- срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических) препаратов и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику должен составлять:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

- гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта приема – передачи товара.

Раздел 3. Прочие характеристики:

3.1 Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика;

3.2. Товар должен быть новым, ранее не использованным, упакован для исключения загрязнения и сохранения товарного вида;

3.3. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

3.4. Поставка товара Поставщиком осуществляется по условиям ДДР ИНКОТЕРМС 2020;

3.5. Индикаторы качества оказываемых услуг Исполнителем

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Пороговое значение |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Нарушение сроков выполнения поставки* | День | 0 |

* Исчисление суммы неустойки производится за каждый день нарушения согласно пороговому значению

Согласовано:

Заместитель директора по сестринскому
делу Клинической базы (стационар) КФ «УМС»

 Е. Байгулина

Генеральный менеджер Департамента эксплуатации
медицинских изделий и газов КФ «УМС»

 С. Гасанов

Главный менеджер Департамента эксплуатации
медицинских изделий и газов КФ «УМС»

 Ж. Нурғалиев

OK