

[illegible]

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм-я	Кол-во РБ/ЕИ	Цена за единицу, без учета НДС,	Сумма, планируемая для закупки, без учета
7	Инструмент, 9 см, для открытых операций с тонкими браншами.	Инструмент, 9 см, для открытых операций с тонкими браншами. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента. 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Аватраматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биоплярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биоплярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента. Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-00090F	уп	1	2 211 023,00	2 211 023,00
8	Трансдюсер	Ультразвуковой преобразователь (трансдюсер) предназначен для применения с совместимыми ультразвуковым генератором и совместимым инструментом для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств. Ультразвуковой выход. Частота 47 кГц. Внешний диаметр 33 мм. Вес 60 г. Длина кабеля преобразователя 3100 мм. Номинальное высоко-частотное (РЧ биоплярный) напряжение 229 Вp. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TD-TB400	шт	1	2 826 457,00	2 826 457,00
9	Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения биоплярная 330мм	Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биоплярная 330мм. Для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Длина рабочей части: не менее 330 мм. Диаметр браншей не менее 5,0 мм. Форма браншей - щипцы диссектор, по Maryland WA69416M, изогнутые по плоскости. Длина браншей не менее 15 мм. Аватраматические зубчики по внутренней поверхности обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей SL (single link), оптимальный для передачи усилия при раскрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспалаемого материала (фторопласт). Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Многогоразовый инструмент. Автоклавированный. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с тубусом WA69400M, рукояткой WA69002L, ВЧ-кабелем A60003C.	шт	1	505 284,00	505 284,00
10	Тубус изолированный биоплярный 5х330мм	Тубус изолированный биоплярный 5х330мм. Для инструмента лапароскопического. Биоплярный WA69400M. Длина рабочей части не менее 330 мм. Диаметр рабочей части не менее 5 мм. Втулка для вращения тубуса пальцем. Количество лепестков для вращения на втулке не менее 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки. Цветовая кодировка биоплярного инструмента. Материал изоляции тубуса PEEK. Многогоразовый инструмент. Автоклавированный. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, рукояткой WA69002L, ВЧ-кабелем A60003C.	шт	1	265 315,00	265 315,00
11	Рукоятка в варианте исполнения: биоплярная	Рукоятка в варианте исполнения: биоплярная. Для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Биоплярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки. Коаксиальное расположение контактов биоплярного соединения. Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (М) и более) WA69002L. Материал конструкции ручки PEEK. Многогоразовый инструмент. Автоклавированный. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, с тубусом WA69400M, ВЧ-кабелем A60003C.	шт	1	180 471,00	180 471,00
12	ВЧ-кабель биоплярный, 3,5м	ВЧ-кабель биоплярный, 3,5м. Длина: не менее 3,5 м. Расстояние между штекерами вилки не менее 28,58мм. Диаметр штекеров вилки не менее 4мм (Valleylab) A60003C. Для электрохирургического использования в лапароскопической и эндоскопической хирургии, а также при проведении открытых операций вместе с совместимыми активными принадлежностями и совместимыми электрохирургическими генераторами. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, с тубусом WA69400M, с рукояткой WA69002L.	шт	1	67 135,00	67 135,00

1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить:

- регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации; предоставить письмо от уполномоченного органа,

- копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации; предоставить письмо от уполномоченного органа,

- при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товара.

3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товара и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.

4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема-передачи.

5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика;

7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке.

8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

9. Сроки поставки. С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней;

10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020). Корпоративный фонд «University Medical Center», г. Астана, пр. Турак, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация)

И.о. директора клинического академического департамента хирургии КФ «UMC»

Директор клинического академического департамента детской хирургии КФ «UMC»

Н. Биханов

Д.Дженалаев